

ACTI-BONE®

SOLUTION STÉRILE À BASE D'ACIDE HYALURONIQUE (à usage dentaire)



FR

Indications

Chirurgie implantaire:

a) adjuvant dans la régénération des défauts osseux de la crête alvéolaire péri-implantaire en association avec un matériau de greffe osseuse et une membrane résorbable.

b) Protection de l'implant, du site implantaire et des sutures.

Traitement des péri-implantites:

adjuvant dans les processus de régénération osseuse lorsqu'on le mélange à un matériau de greffe osseuse, associé à une membrane résorbable.

Extraction dentaire:

adjuvant dans la régénération des procès alvéolaires et la prévention des alvéolites après avulsion.

Mode d'emploi:

Avec la seringue stérile aspirer la quantité nécessaire à l'emploi de solution.

Chirurgie implantaire:

a) pour la régénération des défauts osseux péri-implantaires, mixer le produit avec le matériau de greffe osseuse afin d'obtenir un mélange homogène en éliminant l'excès du de la solution à l'aide d'une compresse stérile. Appliquer le produit dans le défaut osseux en modelant avec un instrument stérile spécifique.

b) Pour la protection de l'implant et du site Implantaire, appliquer la solution en pliant l'aiguille pour lui donner la forme d'une sonde parodontale. Positionner l'extrémité de la pointe de l'aiguille au niveau de la partie la plus apicale du site implantaire et appliquer le produit jusqu'à ce qu'il s'échappe au niveau du bord marginal. Retirer l'aiguille du site. Laisser tomber quelques gouttes de la solution sur l'implant avant de le positionner dans le site de façon que toute sa surface en soit humidifiée.

Traitement des péri-implantites:

mixer le produit avec le matériau de greffe osseuse jusqu'à obtenir un mélange homogène en éliminant l'excès de la solution avec une compresse stérile. Appliquer ensuite le produit dans le défaut osseux en le modelant avec un instrument stérile spécifique.

Extraction dentaire

(l'application est particulièrement indiquée en cas d'implantation différée): mixer le produit avec le matériau de greffe osseuse afin d'obtenir un mélange homogène, éliminer l'excès de la solution avec une compresse stérile, appliquer le produit dans le alvéole en le modelant avec un instrument stérile spécifique.

Jeter la seringue après usage.

Conditionnement:

1 flacon solution 5ml, stérile.

5 seringues stériles de 2,5ml avec aiguille.

Composition

Hyaluronate de sodium, phosphate de potassium monobasique, phosphate de sodium dibasique, eau pour préparations injectables.

Avertissements

- Dispositif Médical réservé exclusivement à l'usage professionnel en chirurgie bucco-dentaire,
- Produit stérile,
- Flacon multi dose pour au moins 5 applications,
- Ne pas réutiliser les seringues: les jeter après chaque traitement,
- Ne pas injecter,
- Conserver à l'abri de la chaleur et tenir hors de portée des enfants,
- Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur l'emballage,
- Conserver à une température ambiante ne dépassant pas 25°C,
- Toute la solution inutilisée restant dans le flacon, à l'écart de la lumière et au réfrigérateur (entre 2 et 4 C°) demeure efficace pendant 5 semaines.

Légende des symboles

	NUMÉRO DE LOT
	DISPOSITIF MÉDICAL
	DATE DE PÉREMPTION
	STÉRILISATION PAR LA CHALEUR
	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE +25°
	STOCKER DANS UN ENDROIT SEC
	LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI

ACTI-BONE®
HYALURONIC ACID
STERILE SOLUTION
(for dental use).



ENG

Indications

Implant surgery:

- a) as an adjuvant treatment in the regeneration of bone defects of the peri-implant alveolar ridge in association with bone substitutes and resorbable membranes.
- b) protection of the implant surface, implant site and sutures.

Treatment of peri-implantitis:

as an adjuvant treatment in bone regeneration processes also in association with bone substitutes and with resorbable membranes.

Extractive surgery:

as an adjuvant treatment in the bone regeneration of the alveolus and prevention of post-extraction alveolitis.

Instructions for use

Aspirate the desired amount of solution from the vial with the sterile syringe.

Implant surgery:

- a) as an adjuvant treatment for the regeneration of peri-implant bone defects, mix the product with the bone particles until a homogeneous mixture is obtained, remove the excess solution with a sterile gauze, then apply the product in the bone defect modeling it with a special sterile instrument.
- b) to protect the implant and the implant site, apply the film-forming solution bending needle to mimic a periodontal probe. Place the needle tip near the base of the implant site and inject the product until the solution comes out of the upper margin. Pull the needle out of the site. Apply few drops of the product on the implant immediately before insertion into the site and make sure that the entire surface is wet.

Treatment of peri-implantitis:

mix the product with the bone particles until a homogeneous mixture is obtained, eliminate the excess solution with a sterile gauze, then apply the product in the bone defect modeling it with a special sterile instrument.

Extractive surgery

(in particular for delayed implant placement):

mix the product with the bone particulate until a homogeneous mixture is obtained, eliminate the excess solution with a sterile gauze, then apply the product in the alveolus modeling it with a special sterile instrument.

Dispose the syringe after use.

Packaging Contents

- n° 1 multi-dose bottle 5 ml sterile solution.
- n° 5 sterile disposable syringes 2,5 ml.

Composition

Sodium hyaluronate, monobasic potassium phosphate, dibasic sodium phosphate, water for injections.

Warnings

- Medical Device for dentist use only,
- Sterile product,
- Multi-dose bottle for at least 5 applications,
- Do not reuse the needles and syringe: throw them immediately after use,
- Not for injection,
- Keep away from heat sources and out of reach of children,
- Do not use after the expiration date,
- Store at a temperature not exceeding 25 ° C.
- The unused solution, if stored in the fridge at 4° temperature, maintains the efficacy for 5 weeks.

Legend of symbols

	LOT NUMBER
	MEDICAL DEVICE
	EXPIRATION DATE
	STERILIZATION BY HEAT
	STORAGE TEMPERATURE +25°C
	KEEP AWAY FROM DIRECT SUNLIGHT
	CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING